

低压头帽公开遴选采购文件

参选邀请

为更好地满足广大患者的需求,现上海妇益母婴健康服务中心有限公司向社会公开征集合法经营、资质信誉良好的企业,采购低压头帽。邀请合格供应商来参选。

一、商品需求:

1. 商品名称及用途 低压头帽,专用于新生儿无创呼吸机(CPAP/NIPPV 等)治疗时头部防护、管路固定、压力分散,降低头部压伤、管路移位风险,适配早产儿、足月新生儿及婴儿使用。

2. 设计特点:

(1) 低压减压设计:人体工学圆顶结构,均匀分散管路与固定带压力,不压迫囟门、不摩擦耳廓,降低压红、压伤发生率。

(2) 管路适配设计:预留双侧精准固定位,与无创呼吸机鼻塞/面罩系统匹配,固定牢固、不易移位、不脱管。

(3) 尺码适配:分早产儿、足月新生儿不同规格(特小码 SS/小码 S/中码 M/大码 L),贴合头围 18-36 厘米范围,不紧绷、不滑落,适配暖箱内和病房长期佩戴。

(4) 护理便捷:穿戴快速、调节简单,无复杂结构,减轻护士操作负担。

(5) 安全工艺:无骨缝合、平滑包边,无硬物、无凸起,不损伤新生儿娇嫩头皮。

(6) 客户可根据需求选择对应要求的产品分类及规格、型号。(非医疗器械:婴儿呼吸机固定帽;一类医疗器械:弹力网帽)

3. 材质要求(需提供第三方检测报告)

(1) 主体面料:采用医用级 A 类婴幼儿精梳纯棉,高支高密,柔软亲肤、吸湿透气,暖箱内不闷热、不闷汗。

(2) 安全标准:无荧光剂、无甲醛、无致癌芳香胺,无异味,PH 值弱酸性,低敏低刺激,适配早产及高危新生儿。

(3) 弹性材质:含医用环保弹力纤维,弹性适中、回弹性好,长期佩戴不变形、不松垮。

(4) 院感特性:面料致密不掉絮,可耐受常规清洗、低温消毒,符合院感防控要求。

序号	技术要求	技术标准
1	材质：100%全棉(婴幼儿专用)	FZ/T 01057.2-2007、FZ/T 01057.3-2007、 FZ/T 01057.4-2007
2	外观：无尖锐边角及凸起部件	GB/T 31702-2015
3	异味：成品无任何刺激性或异味	GB 18401-2010
4	甲醛、可分解致癌芳香胺染料含量：符合国标	GB/T 2912.1-2009、GB/T 17592-2021
5	PH值：符合国标(婴幼儿纺织产品PH值4.0-7.5)	GB/T 7573-2009
6	耐唾液色牢度：符合国标(≥4级)	GB/T 18886-2019
7	耐汗渍色牢度：符合国标(≥4级)	GB/T 3922-2013
8	耐皂洗色牢度：符合国标(≥4级)	GB/T 3921-2008
9	耐摩擦色牢度(干/湿):符合国标(干摩擦≥4级、湿摩擦≥3级)	GB/T 3920-2008
10	物理性能：起球、水洗尺寸变化率符合国标	GB/T 4802.1-2008、FZ/T 73025-2019

材质要求：所采用面料须为 A 级婴幼儿专用面料。确保无刺激性、无异味，具备良好的透气性、吸湿性及亲肤性。切实保障新生儿娇嫩肌肤健康。同时需严格符合以下国家标准：

FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》。

二、遴选主体及采购形式：

1. 遴选主体：上海妇益母婴健康服务中心有限公司
2. 采购形式：内部公开遴选

三、参评企业的资格要求：

1. ★投标人必须在中国境内注册、具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业；
2. 投标人须具有合适、固定的本市经营场所；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件（加盖公章），或开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标人的近半年内的任意 1 个月纳税和社保记录；
5. ★投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供无犯罪证明（裁判文书网截图

并盖公章)。

四、参选须知

1. 投标人应在规定时间内投递密封并加盖骑缝章的参选文件，文件资料包括纸质版（加盖单位公章）和电子版（U 盘）。纸质版文件需正本一份和副本贰份，在每一份文件封面上要注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；纸质版和电子版有差异，以盖章的纸质版为准。不符合密封要求的文件将不予参选，逾期不予受理。采购文件中标注有“★”的要求必须在参选文件中响应，未响应的视为无效文件。

2. 参选人需提供企业营业执照等必备证件，由其法人或其委托人（出具法人委托书）委托参选。

3. 参选人所提供的资质、证明文件等文档，均需加盖公章。

4. 参选人需提供近 3 年的无犯罪证明材料（中国裁判文书网截图并盖公章）。

5. 公司根据各供应商所推荐的产品、报价及参选文件，按照评议标准择优选择。

6. ★参选公司必须保证所参选产品报价为上海地区最低成交价！若报价高于最高限价（单价），则此参选报价无效。另参选公司所参选产品如曾经在我公司中选或供货的，本次报价不得高于原中选价格或供货价格；如有涨价的须另行提供相关证明资料说明涨价原因。

五、项目时间安排：

1. 采购文件领取时间：2026 年 03 月 11 日-03 月 18 日的工作日上午 9:00~11:00 和下午 13:30~16:30。

2. 投标文件截止时间：2026年03月25日 17:00（北京时间）逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。注：投标纸质文件及相关产品样品概不退回，我司视情况自行处理。

3. 投标地点：上海市浦东新区高科西路 2699 号门诊楼北侧上海妇益母婴健康服务中心内服务台。

联系人：范老师

电话：20261172

六、廉洁要求：

1. 在本次项目公开遴选过程中不许弄虚作假、违规操作；

2. 不得提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

3. 不得相互串通，排斥参选人，损害参选人或者其他参选人的合法利益；

4. 不得有其他违反法律法规的行为。

我司如确认中标人在本次遴选活动中有严重违法行为，有权宣布其中标无效，提请有关部门查处并追究其相关责任。

上海妇益母婴健康服务中心有限公司

2026.03.11