

胸腹带公开遴选采购文件

参选邀请

我公司于 2026 年 03 月 11 日发布的胸腹带采购公告，由于参与项目的供应商不足三家，现在发布第二次公告，欢迎报名。

为了更好地满足广大患者的需求，现上海妇益母婴健康服务中心有限公司向社会公开征集合法经营、资质信誉良好的企业，采购胸腹带。邀请合格供应商来参选。

一、商品需求：

1. 商品名称及用途：胸腹带，一款针对乳腺手术后刀口加压包扎的产品，由一条主带体和两条可拆卸弹力辅助带以及一个加压垫组成，主要用于为乳腺手术后创口加压包扎提供便捷。考虑到患者佩戴的舒适性及提高产品在佩戴时的亲肤性，最好带体分段设计，局部使用镂空面料，加魔术贴设计，且配备纯棉布作为内衬，整体设计合理，舒适，确保术后伤口积液顺利排出，促进伤口愈合！

2. 质量和技术指标要求（需提供第三方检测报告）

面料：直接接触皮肤部分必须柔软，吸湿，降低过敏风险！

成份：严禁含荧光剂、甲醛、偶氮染料等致癌致敏物质

序号	技术要求	技术标准
1	外观质量要求	正反面均应整洁、无破损及明显疵点，缝制应牢固，无脱线跳针
2	规格指标	长度 $\geq 100\text{cm}$ ，宽度 $\geq 25\text{cm}$ （满足临床要求）
3	魔术扣粘性拉力（N）	腰腹部位使用拉力 ≥ 100 ，其他部位使用拉力大于等于10
4	甲醛含量/mg/kg：符合国标 ≤ 75	GB 18401-2010
5	pH 值：符合国标4.0-8.5	GB 18401-2010
6	耐洗（级）：变色 符合国标（3-4级）	GB 18401-2010
7	耐洗（级）：沾色 符合国标（3级）	GB 18401-2010
8	耐摩擦色牢度（干 / 湿）：符合国标（干摩擦3-4 级、湿摩擦3 级）	GB 18401-2010
9	异味	无
10	可分解芳香胺染料	禁用

二、遴选主体及采购形式：

1. 遴选主体：上海妇益母婴健康服务中心有限公司
2. 采购形式：内部公开遴选

三、参评企业的资格要求：

1. ★投标人必须在中国境内注册、具有独立法人资格，能够独立承担民事责任的企业；
2. 投标人须具有合适、固定的本市经营场所；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或新设企业当年验资报告的复印件（加盖公章），或开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标人的近半年内的任意 1 个月纳税和社保记录；
5. ★投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录，提供无犯罪证明（裁判文书网截图并盖公章）。

四、参选须知

1. 投标人应在规定时间内投递密封并加盖骑缝章的参选文件，文件资料包括纸质版（加盖单位公章）和电子版（U 盘）。纸质版文件需正本一份和副本贰份，在每一份文件封面上要注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；纸质版和电子版有差异，以盖章的纸质版为准。不符合密封要求的文件将不予参选，逾期不予受理。采购文件中标注有“★”的要求必须在参选文件中响应，未响应的视为无效文件。

2. 参选人需提供企业营业执照等必备证件，由其法人或其委托人（出具法人委托书）委托参选。

3. 参选人所提供的资质、证明文件等文档，均需加盖公章。

4. 参选人需提供近 3 年的无犯罪证明材料（中国裁判文书网截图并盖公章）。

5. 公司根据各供应商所推荐的产品、报价及参选文件，按照评议标准择优选择。

6. ★参选公司必须保证所参选产品报价为上海地区最低成交价！若报价高于最高限价（单价），则此参选报价无效。另参选公司所参选产品如曾经在我公司中选或供货的，本次报价不得高于原中选价格或供货价格；如有涨价的须另行提供相关证明资料说明涨价原因。

五、项目时间安排：

1. 采购文件领取时间：2026 年 03 月 19 日-03 月 25 日的工作日上午 9:00~11:00 和下午 13:30~16:30。
2. 投标文件截止时间：2026 年 04 月 01 日 7:00（北京时间）逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。注：投标纸质文件及相关产品样品概不退回，我司视情况自行处理。
3. 投标地点：上海市浦东新区高科西路 2699 号门诊楼北侧上海妇益母婴健康服务中心内服务台。

联系人：范老师

电话：20261172

六、廉洁要求：

1. 在本次项目公开遴选过程中不许弄虚作假、违规操作；
2. 不得提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；
3. 不得相互串通，排斥参选人，损害参选人或者其他参选人的合法利益；
4. 不得有其他违反法律法规的行为。

我司如确认中标人在本次遴选活动中有严重违法行为，有权宣布其中标无效，提请有关部门查处并追究其相关责任。

上海妇益母婴健康服务中心有限公司

2026.03.19